



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO

Foram verificadas divergências de que o Edital do **Pregão Eletrônico nº. 093/22 – Processo nº. 107/22 – Registro de Preços**, para eventual aquisição de insumos de glicemia, motivo pelo qual os atos praticados por este setor deverão ser rerratificados, nos seguintes termos:

Onde se lia:

Item	Quant.	Unid.	Descrição
9	15.000	CX	Tiras reagentes para medição de glicemia , com química enzimática que não interfira no resultado para quem faz uso de antitérmicos e analgésicos, método através de leitura por fotometria ou amperometria, com faixa de medição de 20 a 600mg/dl. Aceitando valores menores que 20mg/dl e maiores que 600mg/dl, e que permita a leitura de qualquer tipo de amostra de sangue capilar, venoso, arterial, neonatal, volume de amostra até 2 microlitros, deverá aceitar aplicação de sangue com a tira teste fora do monitor, com leitura em monitor portátil sem necessidade de chip ou código de calibração a cada lote. Tempo de leitura máxima 10 segundos. As tiras devem ser embaladas em caixas contendo 50 unidades. A embalagem de acondicionamento das tiras deve trazer externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. O prazo de validade mínimo das tiras deve ser de 12 meses a contar da entrega das tiras no almoxarifado da prefeitura. Após a abertura do frasco a validade das tiras deverá permanecer até a data de validade impresso no frasco e embalagem. Capacidade mínima de memória do monitor 350 testes. O monitor de glicemia deve possuir registro na ANVISA. As tiras reagentes devem ser compatíveis com o monitor de glicemia fornecido. No momento da entrega deverá ser entregue certificado de boas práticas de fabricação. A empresa vencedora deverá entregar como bonificação 300 baterias e 10 frascos de soluções controle compatíveis com o aparelho de glicemia. A Contratada deverá fornecer em sistema de comodato, quantia de 500 glicosímetros para o uso com as tiras adquiridas pela Prefeitura.

Agora se leia:

Item	Quant.	Unid.	Descrição
9	8.000	CX	Tiras reagentes para medição de glicemia , com química enzimática que não interfira no resultado para quem faz uso de antitérmicos e analgésicos, método através de leitura por fotometria ou amperometria, com faixa de medição de 20 a 600mg/dl. Aceitando valores menores que 20mg/dl e maiores que 600mg/dl, e que permita a leitura de qualquer tipo de amostra de sangue capilar, venoso, arterial, neonatal, volume de amostra até 2 microlitros, deverá aceitar aplicação de sangue com a tira teste fora do monitor, com leitura em monitor portátil sem necessidade de chip ou código de calibração a cada lote. Tempo de leitura máxima 10 segundos. As tiras devem ser embaladas em caixas contendo 50 unidades. A embalagem de acondicionamento das tiras deve trazer externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. O prazo de validade mínimo das tiras deve ser de 12 meses a contar da entrega



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

		<p>das tiras no almoxarifado da prefeitura. Após a abertura do frasco a validade das tiras deverá permanecer até a data de validade impresso no frasco e embalagem. Capacidade mínima de memória do monitor 350 testes. O monitor de glicemia deve possuir registro na ANVISA. As tiras reagentes devem ser compatíveis com o monitor de glicemia fornecido. No momento da entrega deverá ser entregue certificado de boas práticas de fabricação. A empresa vencedora deverá entregar como bonificação 300 baterias e 10 frascos de soluções controle compatíveis com o aparelho de glicemia.</p> <p>A Contratada deverá fornecer em sistema de comodato, quantia de 500 glicosímetros para o uso com as tiras adquiridas pela Prefeitura.</p>
--	--	---

Cerqueira César, 18 de outubro de 2022.

**MAURO BERTOLANI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE**